

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE DE L'EAU DE JAVEL

DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS MÉDICAUX

Normes	Conditions de l'essai	Concentration* exprimée en % de chlore actif	Quantité d'Eau de Javel à 2,6 % de chlore actif
--------	-----------------------	--	--

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE

EN 13727 Juillet 2004	Conditions de propreté	60 minutes 20° C	0,014 %	5,5 ml/litre
	Conditions de saleté	60 minutes 20° C	0,041 %	16 ml/litre

ACTIVITÉ FONGICIDE

EN 13624 Avril 2004	Conditions de propreté	60 minutes 20° C	0,014 %	5,5 ml/litre
	Conditions de saleté	60 minutes 20° C	0,041 %	16 ml/litre

* Les concentrations indiquées correspondent aux concentrations minimales pour satisfaire à la norme correspondante.

